

ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 371/LE769

Entidad: CENTRO DE MICROANÁLISIS ELEMENTAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Dirección: Ciudad universitaria, s/n. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense;
28040 Madrid

Dirección: Ciudad universitaria, s/n. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense; 28040 Madrid

Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC)

Ensayos en la siguiente área:

Productos Químicos

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Muestras homogéneas sólidas, líquidas o viscosas	Determinación mediante análisis elemental por combustión. El alcance del método es: Carbono: (0,5 % - 94,7 %) Hidrógeno: (0,5 % - 7,6 %) Nitrógeno: (0,5 % - 23 %) Azufre: (0,5 % - 30,6 %)	Procedimiento interno PNT 01

Esta revisión corrige las erratas detectadas en la revisión nº 10 de fecha 29/05/2015