



**SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO DE
C3 LABORATORIOS Y SERVICIOS CLINICOS
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

Concurso-Oposición Libre. Resolución de fecha 11-07-2022

18 de abril de 2023

PRUEBA TEORICA



1. **¿El método del enguantado abierto es?**
 - a) Colocarse los guantes quirúrgicos estériles sin vestimenta quirúrgica.
 - b) Colocarse los guantes quirúrgicos estériles con vestimenta quirúrgica.
 - c) Colocarse los guantes quirúrgicos sin vestimenta quirúrgica.
 - d) Colocarse los guantes quirúrgicos con vestimenta quirúrgica.
2. **Clasificación del material según su función:**
 - a) Corte y sujeción.
 - b) Pinzamiento y presión.
 - c) Presión y sujeción.
 - d) Disección y oclusión.
3. **La normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales está constituida por (artículo 1):**
 - a) La presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de normas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
 - b) La presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o no convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de normas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
 - c) La presente Ley y el resto del ordenamiento jurídico.
 - d) La presente Ley, sus disposiciones de desarrollo y cuantas otras normas convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de normas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
4. **Los muebles de almacenamiento de material estéril dentro de un almacén, ¿a qué distancia tienen que estar de la pared y del suelo?**
 - a) 10 cm de la pared y 30 cm del suelo.
 - b) 14 cm de la pared y 35 cm del suelo.
 - c) 12 cm de la pared y 30 cm del suelo.
 - d) 15 cm de la pared y 35 cm del suelo.
5. **Para poder acceder a los pedidos que se realizan a través del ordenador mediante el programa INDRA, ¿qué pestaña se debe seleccionar?:**
 - a) Almacén general.
 - b) Servicios centrales.
 - c) Sistemas de gestión.
 - d) Gestión de almacén.

6. **¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde a las disoluciones acuosas básicas, según la clasificación de residuos en el grupo III?:**
- a) Fijadores y cadmio.
 - b) Sulfatos y fosfatos.
 - c) Hidróxido sódico y potásico.
 - d) Reveladores y cloruros.
7. **¿Qué antiséptico lesiona la membrana bacteriana consiguiendo la inhibición enzimática y coagulando las proteínas?:**
- a) Iodóforos.
 - b) Peróxido de hidrógeno.
 - c) Formaldehído.
 - d) Binguanidas.
8. **Para que una entidad pueda ejercer la actividad de concesión de certificaciones de la familia de normas ISO 9001, precisa una acreditación que reconozca que dicha entidad funciona conforme a una serie de exigencias que se reconocen ¿en qué norma europea?:**
- a) En 46012.
 - b) En 45013.
 - c) En 45012.
 - d) En 46022.
9. **La versión europea de la prueba Bowie- Dick (UNE-EN-ISO 11140-4: 2007) que cumple con la UNE-EN 285 (apartado 17) es válida para:**
- a) Un paquete de 4 Kg. \pm 5%, de dimensiones 24x35x29 cm.
 - b) Un paquete de 7kg. \pm 10%, de dimensiones 25x35x20 cm
 - c) Un paquete de 4 Kg. \pm 5%, de dimensiones 25x30x20 cm
 - d) Un paquete de 7 Kg. \pm 10%, de dimensiones 20x35x15 cm
10. **Por el tipo de información que manejan se distinguen los siguientes tipos de buses:**
- a) Bus de datos y control.
 - b) Bus de datos serie y paralelo.
 - c) Bus de datos, control y direcciones.
 - d) Bus de sistema y bus local.
11. **¿Cuál es el peso que deben soportar las estanterías ligeras dentro de un almacén?:**
- a) Menos de 20 Kg.
 - b) Menos de 25 Kg.
 - c) Menos de 35 Kg.
 - d) Menos de 30 kg.
12. **Una quemadura de primer grado es aquella:**
- a) Presenta una zona eritematosa que no cede con la presión.
 - b) Presenta una ampolla o flictena.
 - c) Presenta afectación en epidermis, dermis superficial.
 - d) Presenta afectación en epidermis, dermis superficial y profunda.
13. **¿Cuáles son los métodos de esterilización a bajas temperaturas?:**
- a) Vapor, calor seco, formaldehído.
 - b) Vapor, calor seco, peróxido de hidrógeno o Sterrad .
 - c) Óxido de etileno, peróxido de hidrógeno o Sterrad, formaldehido.
 - d) Vapor, calor seco, peróxido de hidrógeno o Sterrad, Óxido de etileno.

- 14. ¿Cómo se denomina el artículo 2 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales?:**
- a) Normativa sobre la Prevención de Riesgos Laborales.
 - b) Objeto y carácter de la norma.
 - c) Definiciones.
 - d) Ámbito de aplicación.
- 15. Para todos aquellos artículos que se entregan en depósito por parte del proveedor a los centros y que no pertenecen al centro, sino que son del proveedor, ¿qué nos permite el programa de almacén en este caso?:**
- a) Recepcionar una unidad por línea de operación, indicando lote y fecha de caducidad.
 - b) Recepcionar la totalidad de unidades reflejadas en el albarán del proveedor.
 - c) Recepcionar una unida por línea de operación indicando la fecha de caducidad.
 - d) Recepcionar una unida por línea de operación indicando el lote.
- 16. Para evitar la contaminación y mantener la indemnidad en los empaques durante la recepción y transporte e integridad de esterilización hasta ser usados, ¿qué medida se debe cumplir?:**
- a) Toda diligencia debe realizarse posterior a la entrega de material en el servicio.
 - b) El material estéril será depositado en contenedores.
 - c) El transporte del material estéril será en un carro para este efecto.
 - d) El personal que retira el material estéril debe previamente realizar el lavado clínico de manos o sanitización con alcohol gel.
- 17. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán:**
- a) Progresivamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
 - b) Conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
 - c) Secuencialmente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
 - d) Gradualmente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
- 18. El almacén de material estéril tiene que reunir las siguientes condiciones:**
- a) Ventilación 6 renovaciones/hora, temperatura 15° -25° y humedad 40%-60%.
 - b) Ventilación 5 renovaciones/hora, temperatura 15°-25° y humedad 40%-60%.
 - c) Ventilación 6 renovaciones/hora, temperatura 15°- 20° y humedad 40%-60%.
 - d) Ventilación 5 renovaciones/hora, temperatura 15°-20° y humedad 30%-50%.
- 19. ¿La Unidad de Carga Eficiente (UCE) está constituida por la agrupación de productos que sirven para facilitar el transporte y almacenaje de las unidades de consumo?:**
- a) Sí
 - b) Sí, pero solo para facilitar el transporte.
 - c) No.
 - d) Depende de la cadena de suministro.
- 20. ¿Qué características debe cumplir el instrumental de clínica para tener la consideración de estéril?:**
- a) Que el paquete esté seco, cerrado, limpio y sin polvo; y siempre que cumpla con las condiciones físicas, ambientales y de mobiliario para el almacenamiento.
 - b) Que el paquete esté seco, cerrado, limpio y sin polvo; y siempre que cumpla las condiciones físicas y ambientales para su almacenamiento.
 - c) Que el paquete esté indemne, seco, cerrado, limpio y sin polvo; y siempre que cumpla con las condiciones físicas y ambientales para el almacenamiento.
 - d) Que el paquete esté indemne, seco, cerrado, limpio y sin polvo; y siempre que cumpla con las condiciones físicas, ambientales y de mobiliario para el almacenamiento.