



CAPÍTULO H5. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Actualizado el 14 de junio de 2023.

1. RADIOLOGÍA

General

- Tras realizar el examen radiográfico de cada paciente se procederá a la limpieza de la mesa de rayos X (sala de pequeños animales) y del potro de posicionamiento (sala de grandes animales).
- El material de posicionamiento radiográfico (almohadillas radiotransparentes y sacos de arena) cuenta con fundas de tela que se lavan y desinfectan periódicamente.

Clase 3: medidas de contención

- El clínico responsable del caso deberá informar de la sospecha o certeza de que un paciente es infectocontagioso. Sólo se realizarán estudios radiográficos si el clínico responsable los considera imprescindibles, para ello se elegirá un horario de poco uso de los equipos, preferiblemente al final de la jornada de trabajo.
- El personal del Servicio de Diagnóstico por Imagen:
 - Usará guantes, mascarilla y bata desechable.
 - Minimizará el uso de material de posicionamiento, siempre que sea posible usará cobertura impermeable (desechable o permanente) encima de este material.
- Una vez realizado el estudio:
 - Se desecharán los guantes y mascarillas en contenedores amarillos.
 - Se procederá a la limpieza y desinfección de la mesa de rayos X (sala de pequeños animales) y del potro de posicionamiento (sala de grandes animales).
 - Se limpiarán y desinfectarán los delantales plomados.
 - Se limpiará y desinfectará el material de posicionamiento usado con el paciente. Si se ha cubierto con cobertura desechable se retirará en los contenedores amarillos; si las fundas no son impermeables se retirarán y se enviarán a lavandería para su limpieza y desinfección.
 - Proceder a la limpieza y desinfección general de la sala.



2. ECOGRAFÍA

General

- Tras realizar el examen ecográfico de cada paciente se procederá a la limpieza de la carcasa de las sondas ecográficas empleadas, de la cuchilla de la peladora usada para el rasurado de la zona examinada y, en su caso, de la colchoneta de posicionamiento.

Clase 3: medidas de contención

- El clínico responsable del caso deberá informar de la sospecha o certeza de que un paciente es infectocontagioso. Sólo se realizarán estudios ecográficos si el clínico responsable los considera imprescindibles, para ello se elegirá un horario de poco uso de los equipos, preferiblemente al final de la jornada de trabajo.
- El personal del Servicio de Diagnóstico por Imagen:
 - Usará guantes, mascarilla y bata desechable.
 - Usará cobertura impermeable (desechable) cubriendo la colchoneta y mesa de ecografía.
- Una vez realizado el estudio:
 - Se desecharán los guantes y mascarillas en contenedores amarillos.
 - Se procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de las carcasas de las sondas ecográficas empleadas y, en el caso de los pequeños animales, de la mesa de ecografía y de la colchoneta.
 - Se procederá a la desinfección (clorhexidina 15min) de cada cuchilla usada con cada paciente.
 - Se procederá a la limpieza y desinfección general de la sala.

2. RESONANCIA MAGNÉTICA

General

- Tras realizar el examen de resonancia magnética de cada paciente se procederá a la limpieza de la antena empleada, del material de posicionamiento de cobertura plástica, y de la mesa más las colchonetas con cobertura plástica. En el caso de los grandes animales, se realizará la limpieza de la camilla y colchoneta que se acoplan a la mesa de exploración estándar durante la prueba.
- Las fundas de tela de los sacos de arena de posicionamiento se lavan periódicamente.



Clase 3: medidas de contención

- El clínico responsable del caso deberá informar de la sospecha o certeza de que un paciente es infectocontagioso. Sólo se realizará una resonancia magnética si el clínico responsable lo considera imprescindible, para ello se elegirá un horario de poco uso de los equipos, preferiblemente al final de la jornada de trabajo.
- El personal del Servicio de Diagnóstico por Imagen:
 - Usará guantes, mascarilla y bata desechable.
 - Usará cobertura impermeable (desechable) para cubrir la antena, las colchonetas y los accesorios de posicionamiento (sacos de arena y almohadillas).
- Una vez realizado el estudio:
 - Se desecharán los guantes y mascarillas en contenedores amarillos.
 - Se procederá a la limpieza y desinfección de la antena, mesa de resonancia, superficies del imán, colchoneta y material de posicionamiento de cobertura plástica. En el caso de los grandes animales, se realizará la limpieza y desinfección de la camilla y colchoneta que se acoplan a la mesa de exploración estándar durante la prueba.
 - Se retirarán las fundas de tela de los sacos de arena y se enviarán a lavandería para su limpieza y desinfección.
 - Se procederá a la limpieza y desinfección general de la sala.